



Repubblica di San Marino  
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE  
IL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA DEL 29 settembre 2022 - seduta straordinaria

DELIBERA N. 5  
PAG. N. 8

**OGGETTO: Lavaferri per Sala Operatoria**

Il Comitato Esecutivo,

**validamente riunito ai sensi dell'articolo 18 della Legge 30 novembre 2004 n.165;  
verificato che non sussiste in capo ai membri conflitto di interessi in merito all'oggetto della presente deliberazione;**

considerata la comunicazione del Coordinatore Infermieristico del G.F.P. Blocco Operatorio del 31 maggio 2022, prot. n. 578/A, con la quale segnalava la necessità di acquistare un nuovo Termodisinfettore in quanto – a causa dei continui guasti di quello attualmente in uso presso il Blocco Operatorio, nonché dell'insufficienza dello stesso a far fronte alla mole crescente di lavoro delle sale operatorie - non è più garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie tipiche di una centrale di sterilizzazione;

considerato il parere favorevole relativamente al menzionato acquisto espresso dal Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie e dal Direttore di Dipartimento Ospedaliero;

considerata la nota dell'Ingegneria Clinica del 29 luglio 2022, prot. n. 64.22/52IC, nella quale venivano confermati i problemi riscontrati sull'attuale macchina Lavaferri in uso presso il Blocco Operatorio, specificando come gli strumenti ad oggi utilizzati *"creano disagi a tutto il processo di sterilizzazione allungandone oltre modo i tempi e risultando altresì insufficiente a far fronte a tutte le esigenze, data la mole di lavoro da processare"*;

considerato altresì che l'Ingegneria Clinica, come indicato nella già citata nota del 29 luglio 2022, ritiene opportuno orientarsi all'utilizzo di apparecchiatura a marchio Miele, con sistema di asciugatura rapida DryPlus ed interfacciamento con il sistema Itineris, già utilizzato dal Blocco Operatorio per la tracciatura dei cicli;

considerato, inoltre, che l'Ingegneria Clinica specificava nella menzionata nota che la società Compamed S.r.l., è *"esclusiva di zona del marchio Miele"* individuandola, pertanto, come possibile fornitrice del macchinario di cui sopra;

considerato, a tal proposito, che l'impresa Compamed S.r.l. inviava – in data 19 settembre 2022 - il Preventivo nr. 448REV4, con il quale proponeva un macchinario Lavaferri mod. PG8582 comprensivo di carrelli, a marchio Miele, con garanzia di 24 mesi full risk, ad un prezzo pari ad Euro 15.721,14 (quindicimilasettecentoventuno/14), prezzo ritenuto peraltro adeguato dall'Ingegneria Clinica;

ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**delibera**

di autorizzare l'acquisto di n.1 macchinario Lavaferri a marchio Miele mod. PG8582, comprensivo di carrelli, con garanzia di 24 mesi full risk, presso la Società Compamed S.r.l., al costo complessivo di € 15.721,14 (quindicimilasettecentoventuno/14), come da Preventivo nr. 448REV4 del 19/09/2022.

**Autorizza**

la spesa conseguente al suddetto acquisto che sarà imputata sul cap. 7010 *"attrezzature macchine e software"* del corrente esercizio finanziario.



Repubblica di San Marino  
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE  
**IL COMITATO ESECUTIVO**

SEDUTA DEL 29 settembre 2022 - seduta straordinaria

DELIBERA N. 5  
PAG. N. 9

**OGGETTO:** Lavaferri per Sala Operatoria

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
- Dott. Marcello Forcellini

IL DIRETTORE  
GENERALE  
- Dott. Francesco Bevere -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'  
SANITARIE E SOCIO SANITARIE  
- Dott. Sergio Rabin -

**Atto deliberativo trasmesso a:** Segreteria di Stato per la Sanità, Direttore di Dipartimento Ospedaliero, GFP Blocco Operatorio, Ufficio Ing. Clinica, Ufficio Economato/Provveditorato, Uff. Contabilità e Bilanci, Collegio dei Sindaci Revisori.

**Pubblicazione:** atto divulgabile tramite sito web dell'ISS