



### ALLEGATO "1": CARATTERISTICHE TECNICHE

**PIASTRE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA.** I prodotti offerti devono essere:

- Dotati di marchio CE. Il certificato dovrà riportare con chiarezza la destinazione d'uso del dispositivo, con particolare riferimento all'identificazione apparecchiature cui sono destinati. In Ospedale al momento sono presenti elettrobisturi di produzione MARTIN, ERBE E VALLEYLAB;
- Conformi alle norme di buona fabbricazione, alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione;
- Dovranno essere indicate le norme tecniche di riferimento seguite in fase di costruzione;
- Iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve essere specificato per ogni prodotto offerto analogamente al CND;
- Provvisti di accoppiamento conduttivo tramite idrogel ipoallergenico idrofilo;
- Di elevata conformità ed adesività (il supporto adesivo non deve lasciare residui sulla cute dopo la rimozione);
- Con alto grado di resistenza alla trazione;
- Con bassa impedenza di contatto alle frequenze elettromagnetiche;
- Sterili, monouso, confezionati singolarmente.

**MANIPOLI STERILI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA.** I prodotti offerti devono essere:

- Dotati di marchio CE. Il certificato dovrà riportare con chiarezza la destinazione d'uso del dispositivo, con particolare riferimento all'identificazione apparecchiature cui sono destinati. Si precisa che in Ospedale al momento sono presenti elettrobisturi di produzione MARTIN, ERBE E VALLEYLAB;
- Conformi alle norme di buona fabbricazione, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione;
- Dovranno essere indicate le norme tecniche di riferimento seguite in fase di costruzione;
- Iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve essere specificato per ogni prodotto offerto analogamente al CND;
- Dotati di elettrodi attivi a lama con possibilità di sostituzione di quest'ultima con altre tipologie di elettrodi (vedi lotto 3);
- Dotati di cavo lunghezza minima mt. 3;
- Sterili, monouso, confezionati singolarmente.

**ELETTRODI ATTIVI STERILI MONOUSO PER MANIPOLI.** I prodotti offerti devono essere:

- Dotati di marchio CE. Il certificato dovrà riportare la destinazione d'uso del dispositivo;
- Conformi alle norme di buona fabbricazione, alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione;
- Iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve essere specificato per ogni prodotto offerto analogamente al CND;
- Sterili, monouso, confezionati singolarmente.

Presentare inoltre documentazione inerente la tipologia di confezionamento.

<p>SPAZIO RISERVATO ALL'ECONOMATO: OFFERTA CONTENUTA NEL PLICO PROT. N. ..... DEL ..... APERTO IL .....</p>	<p><b>I.S.S. ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE REPUBBLICA DI SAN MARINO</b> Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore C.O.E./Codice Identificazione SM02298 - <b>UFFICIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO</b> T +378 (0549) 994210 F +378 (0549) 994365 E-mail: <a href="mailto:segreteria.economato@iss.sm">segreteria.economato@iss.sm</a></p>	<p>SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA: Per accettazione integrale e incondizionata <b>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <hr/>	<p><b>26/04/2017</b>  GARA RIF. <b>n°17/G/UE/0026</b>  Pagina 12 di 12 CAP.</p>
---	--	---	---