

VERBALE DI GARA - RIF. GARA N° 17/G/UE/0022
(PRIMA SEDUTA-APERTURA E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA)

RIF. N° GARA	17/G/UE/0022	CAP.	300 640	C.D.C.	VARI	C.A.	743404
OGGETTO	FORNITURA DI ELETTRODI PER ECG						
▫ Lettera di invito	Prot.n.0304/2017/UE/GAPP del 13 aprile 2017						
▫ Presentazione offerte entro le ore 11:00 del	15 maggio 2017						
▫ Tipologia di gara	Licitazione privata						
▫ Modalità di offerta	Offerta a prezzi unitari						
▫ Criteri di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa						
▫ Imprese invitate	N° 6: nessuna iscritta nel Registro dei Fornitori tenuto dalla CCIAA per apparecchiature medicali ed elettromedicali						
▫ Plichi d'offerta pervenuti entro i termini	N° 5						
▫ Data e orario previsti nella Lettera d'Invito per la seduta pubblica di apertura dei plichi d'offerta	16 maggio 2017	Ore 10:00	SALA IL MONTE				

In data odierna, alle ore 10:16 presso la sala riunioni "IL MONTE" di questo Istituto, si riunisce la Commissione tecnica di gara - nominata dal Direttore Amministrativo con prot.n.0417/2017/UE/Gapp del 15/05/2017- per procedere all'apertura dei plichi d'offerta relativi alla Licitazione privata in oggetto.

La Commissione tecnica, supportata per la verbalizzazione delle sedute in plenaria e per la gestione della parte amministrativo-procedurale dall'Esperto Economato/Economo-Dr.ssa Annalisa Stacchini e dal Collaboratore Economato Letizia Gambi, è così composta:

RESPONSABILE ING. CLINICA	P. I. LUCIANO MARINELLI – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (ASSENTE)
COORDINATORE INFERMIERISTICO U.O.C. CARDIOLOGIA	FIGURELLA RICCARDI
INGEGNERIA CLINICA	P.I. LORENZO CANTI

Rispetto a quanto previsto dalla nota prot.n.0417/2017/UE/Gapp del 15/05/2017, il Presidente della Commissione Tecnica, P.I. Luciano Marinelli, è assente e lo sostituisce P.I. Lorenzo Canti.

I nominativi delle Imprese invitate alla gara d'appalto e di quelle che hanno fatto pervenire i plichi d'offerta sono riepilogati nel seguente prospetto.

ELENCO IMPRESE INVITATE		
N°	IMPRESE	PRESENTANO OFFERTA E/O RINGRAZIAMENTI
1	AMBU S.r.l. Via Paracelso, 20 20864 Agrate Brianza MB, Italia	OFFERTA - 15/05/2017 ORE 10:19 (PROT. 2017 UE N. 411/412 GAPP)
2	3M ITALIA S.r.l. Via Norberto Bobbio, 21 20096 Pioltello MI, Italia	OFFERTA - 11/05/2017 ORE 13:40 (PROT. 2017 UE N. 407 GAPP)
3	MEDTRONIC Italia S.p.a. Via Varesina, 162 20156 Milano, Italia	PER SUO CONTO RISPONDE ATESMEDICA OFFERTA - 09/05/2017 ORE 11:59 (PROT. 2017 UE N. 395 GAPP)
4	FIAB S.p.a. Via Bruno Passerini, 2 50039 Vicchio FI, Italia	OFFERTA - 09/05/2017 ORE 10:10 (PROT. 2017 UE N. 395BIS/GAPP)

5	GIEMME S.p.a. Via C. Padiglione, 1A 47899 SERRAVALLE (RSM)	OFFERTA NON PRESENTATA
6	GE Medical System Italia S.p.a. Via Galeno, 36 20126 MILANO (MI)	PER SUO CONTO RISPONDE CAREFUSION OFFERTA - 12/05/2017 ORE 10:35 (PROT. 2017 UE N. 406 GAPP)

Alla seduta di apertura dei plichi di offerta sono presenti - in rappresentanza delle Imprese concorrenti - i seguenti signori:

RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CONCORRENTI		
ELENCO IMPRESE RAPPRESENTATE	NOMINATIVO	PARTECIPA ALLA SEDUTA PRESENTANDO/IN QUALITÀ DI:
ATESMEDICA	FRANCESCO DE FANTI	DELEGA E ID
FIAB	DAVIDE ROSSI	PROCURA SPECIALE E ID

I Signori rappresentanti vengono identificati tramite documento di riconoscimento. Deleghe e copie dei documenti vengono ritirati dalla Dr.ssa Annalisa Stacchini ed allegati al presente verbale.

L'Economo inizia la seduta dando lettura dei nominativi dei Commissari tecnici di gara, dell'elenco delle Imprese invitate e delle offerte pervenute. Precisa inoltre che, a norma del Decreto Delegato n.26/2015 (art.21), potranno essere richiesti chiarimenti alle Imprese per eventuale mancata, scarsa od incompleta presentazione della documentazione, nel caso in cui l'entità della carenza sia facilmente sanabile. Al contrario, **in caso di carenza non sanabile, (identificata da asterisco * nella tabella sotto riportata) è prevista l'esclusione dalla gara o, se trattasi di documentazione tecnica, la penalizzazione del punteggio tecnico. Si rammenta che le cause di esclusione dalla gara sono espressamente previste nella Lettera d'Invito, nel Capitolato ed allegati, e/o nella nuova normativa appalti** (Decreto Delegato n.26/2015, Regolamento n.9/2015 e successive modifiche ed integrazioni).

Alle ore 10:19 l'Economo, dopo aver verificato che i plichi siano effettivamente pervenuti c/o l'Ufficio Economato entro i termini indicati nella Lettera d'invito, procede alla verifica dell'integrità degli stessi e, dopo l'apposizione della firma sua, dei Commissari e del Collaboratore Economato, alla loro apertura.

La Commissione, come previsto dalla normativa vigente, in seduta pubblica effettuerà semplicemente una sommaria verifica della documentazione richiesta, concentrandosi sulla presenza di elementi determinanti l'esclusione dalla gara.

Per ogni Impresa concorrente, si procede, in successione, a siglare i documenti essenziali della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (LETTERA D'INVITO e ALLEGATO "D") e della documentazione dell'OFFERTA TECNICA (CONFORMITÀ CE ED ELENCO DEI PRODOTTI OFFERTI).

In particolare, si eseguono le seguenti operazioni:

IMPRESA CONCORRENTE:	AMBU	FIAB	CARE FUSION	ATES MEDICA	3M
ORARIO DI APERTURA DEL PLICO D'OFFERTA:	10:19	10:48	11:02	11:24	11:50
LOTTI PER L'APPALTO DEI QUALI L'IMPRESA CONCORRE	TUTTI	1, 4	1,4	TUTTI	1,4
VERIFICA CHIUSURA, SIGILLATURA E APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA (SIGLA) SUI LEMBI DI CHIUSURA DEL PLICO (*)	√	√	√	√	√
VERIFICA PRESENZA SUL PLICO DI RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DELL'IMPRESA CONCORRENTE	√	√	√	√	√
VERIFICA PRESENZA SUL PLICO DELL'INDIRIZZO DELL'ECONOMATO	√	√	√	√	√
VERIFICA PRESENZA SUL PLICO DI INDICAZIONE "ALL'ATTENZIONE DELL'ECONOMO CONTIENE OFFERTA"	√	√	√	√	√
VERIFICA PRESENZA SUL PLICO DI DICITURA RELATIVA ALLA SPECIFICA GARA	√	√	√	√	√
VERIFICA CHIUSURA, SIGILLATURA E APPOSIZIONE DI FIRMA (SIGLA) SUI LEMBI DI CHIUSURA DELLE VARIE BUSTE INTERNE (*)	√	√	√	√	√
VERIFICA LA PRESENZA DELLA CAMPIONATURA RICHIESTA (*)	√	√	√	√	√

VERIFICA LA PRESENZA DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO E SUOI ALLEGATI – TIMBRATI E SOTTOSCRITTI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI IVI ELENCAE	√	√	√	√	√
VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SULL'ALLEGATO "C" (*)	√	√	√	√	√
VERIFICA DELLA PRESENZA DEL TIMBRO DELL'IMPRESA E DELLA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SULLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (UNA PER OGNI LOTTO) CHE DEVE CONTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NELL'ALLEGATO "1" AL CAPITOLATO IN PARTICOLARE (*): - ELENCO PRODOTTI OFFERTI SENZA INDICAZIONE DEL PREZZO (*) - PRODOTTI CON MARCHIO CE (*)	√	√	√	√	√
VERIFICA DELLA PRESENZA DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA	√	√	√	√	√
VERIFICA DELLA PRESENZA DEL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE ALLA CCIA	√	√	√	√	√
VERIFICA DELLA PRESENZA DEL DURC	√	√	√	√	√
NOTE	Marca da Bollo Italiana. Sanabile	Manca DDT campion. Sanabile		Marca da Bollo Italiana. Portata quella di RSM in giornata	Marca da Bollo Italiana. Sanabile

Non è stata riscontrata alcuna causa di esclusione, tutte le 5 offerte presentate risultano valide.

Il Coordinatore Infermieristico dell'U.O.C. Cardiologia spiega che le campionature, presentate insieme alle offerte, saranno testate presso il Pronto Soccorso, la Sala Operatoria e la Cardiologia stessa.

L'Economo rammenta che, a seguito del compimento della valutazione delle offerte tecniche, le concorrenti saranno avvertite della data della seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi per la qualità tecnica e aperte le offerte economiche.

Il presidente della commissione ritira la documentazione tecnica, per valutarla in seduta riservata, insieme al Coordinatore Infermieristico dell'U.O.C. Cardiologia. L'Economo ritira gli involucri dei plichi, le offerte economiche, la documentazione amministrativa - per procedere ai dovuti controlli - e le campionature, al fine di distribuirle come disposto dal Coordinatore Infermieristico.

Alle ore 12:09 la seduta si scioglie.

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN LUOGO E DATA SOPRAINDICATE DA:

INGEGNERIA CLINICA	COORDINATORE INFERMIERISTICO DELL'U.O.C. CARDIOLOGIA
P.I. LORENZO CANTI	FIORELLA RICCARDI
_____	_____

IL VERBALIZZANTE:

ECONOMO	COLLABORATORE ECONOMATO
DR.SSA ANNALISA STACCHINI	DR.SSA LETIZIA GAMBI
_____	_____

VERBALE DI GARA - RIF. GARA N° 17/G/UE/0022 (SECONDA SEDUTA)

RIF. N° GARA	17/G/UE/0022	CAP.	300 640	C.D.C.	VARI	C.A.	743404
OGGETTO	FORNITURA DI FORNITURA DI ELETTRODI PER ECG						

▫ Data di apertura plichi d'offerta	16 maggio 2017	Alle ore	10:19
▫ Termine seduta apertura plichi d'offerta	16 maggio 2017	Alle ore	12:09
▫ Data e orario previsti nella comunicazione fax del 25/07/2017 inviata alle ditte offerenti e nella comunicazione di posta elettronica del 25/07/2017 inviata ai membri della Commissione tecnica di gara e ai Sindaci Revisori per la seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte economiche	27 luglio 2017	Alle ore	12:00

In data odierna, presso la sala riunioni "LA FORMAZIONE", alle ore 12.00, si riunisce la Commissione tecnica - nominata dal Direttore Amministrativo con prot.n.0417/2017/UE/GAPP del 15 maggio 2017 e riconvocata con e-mail dall'Ufficio Economato il 25/07/2017 - per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e per procedere alla definizione della proposta di aggiudicazione relativa alla Licitazione privata in oggetto.

Rispetto a quanto previsto dalla nota prot.n.0417/2017/UE/GAPP del 15 maggio 2017 sono presenti tutti i Commissari: l'Economo, il Collaboratore Economato, i P.I. dell'Ufficio Informatico e la Coordinatrice Infermieristica dell'U.O.C. Cardilogia.

Le imprese sono state avvisate della data della seduta con:

NOTIFICA DATA DI APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE	
COMUNICAZIONE FAX DEL 25 LUGLIO 2017	PER 27 DICEMBRE 2017 ORE 12:00 C/O SALA RIUNIONI "FORMAZIONE" - PRIMO PIANO PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI ISS

All'apertura buste sono presenti - in rappresentanza delle ditte concorrenti - i seguenti signori:

RAPPRESENTANTI DELLE DITTE CONCORRENTI		
ELENCO DITTE RAPPRESENTATE	NOMINATIVO	PARTECIPA ALLA SEDUTA - MOSTRANDO UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO - IN QUALITÀ DI:
AMBU S.R.L.	DOMENICO GIORGI	RAPPRESENTANTE

La Commissione prende atto delle relazioni tecniche - stilate dai membri della Commissione Tecnica e da altri due reparti (Blocco Operatorio e Pronto Soccorso) che hanno provveduto alla valutazione dei campioni per alcuni lotti di loro interesse - trasmesse all'Economato e riassunte dall'ufficio stesso tramite tabella prot. N. 663/Gapp di seguito riportata:

L O T T O	REPARTO/ UFFICIO VALUTATORE	OGGETTO VALUTAZIONE	AMBU srl	3M ITALIA srl	Atesmedica . Com Srl (Medtronic Italia spa)	FIAB spa	CareFusion Italy 311 srl (GE Medical System Italia spa)
1	Cardiologia	Valutazione clinica	40	18	8	13	7
	Pronto Soccorso		40	-	6	15	5
	Media Valutazione Clinica		40	18	7	14	6
	Ingegneria clinica	Caratteristiche tecniche	10	10	5	8	5
		Caratteristiche costruttive	10	9	8	9	8
	PUNTEGGIO QUALITA'		60	37	20	31	19
Classifica provvisoria		1°	2°	Non ammessa	3°	Non ammessa	
2	Cardiologia	Valutazione clinica	33	-	14	-	-
	Pronto Soccorso		38	-	21	-	-
	Media Valutazione Clinica		35,5	-	17,5	-	-
	Ingegneria clinica	Caratteristiche tecniche	10	-	5	-	-
		Caratteristiche costruttive	10	-	8	-	-
	PUNTEGGIO QUALITA'		55,5	-	30,5	-	-
Classifica provvisoria		Unica	-	Non ammessa	-	-	
3	Cardiologia	Valutazione clinica	40	-	13	-	-
	Ingegneria clinica	Caratteristiche tecniche	10	-	5	-	-
	Ingegneria clinica	Caratteristiche costruttive	10	-	8	-	-
	PUNTEGGIO QUALITA'		60	-	26	-	-
	Classifica provvisoria		Unica	-	Non ammessa	-	-
4	Blocco Operatorio	Valutazione clinica	20	36	16	16	15
	Ingegneria clinica	Caratteristiche tecniche	10	10	5	7	5
	Ingegneria clinica	Caratteristiche costruttive	10	7	7	7	7
	PUNTEGGIO QUALITA'		40	53	28	30	27
	Classifica provvisoria		2°	1°	Non ammessa	Non ammessa	Non ammessa

Per ogni lotto di gara il Presidente della Commissione-P.I. Luciano Marinelli apre la seduta dando **lettura dei punteggi "qualità complessiva"** assegnati alle proposte tecniche delle ditte concorrenti per i tre parametri previsti dall'art. 5.1 del Capitolato e riassunti nella suddetta tabella.

Sono ammesse alla successiva fase di gara, solo le offerte tecniche che hanno ottenuto un punteggio superiore al limite minimo previsto dall'art. 5.1 del Capitolato (ossia almeno 31 punti). Non si dà corso all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte escluse per mancanza di conformità delle offerte tecniche.

Analizzando la tabella si evince che:

- **per il lotto n. 1** le offerte tecniche presentate da **Atesmedica com s.r.l** e da **Carefusion Italy 311 s.r.l.** non raggiungendo il punteggio minimo previsto **vengo escluse dalle successive fasi di gara.** La busta sigillata contenente l'offerta economica è già stata restituita contestualmente alla comunicazione di esclusione dalla gara per il lotto n.1 (prot.n.0661/2017/UE/GAPP E prot.n.0660/2017/UE/GAPP dell'24/07/2017);
- **per il lotto n. 2 e n. 3** le offerte tecniche presentate da **Atesmedica com s.r.l** non raggiungendo il punteggio minimo previsto **vengo escluse dalle successive fasi di gara.** La busta sigillata contenente l'offerta economica è già stata restituita contestualmente alla comunicazione di esclusione dalla gara per i lotti n.2 e 3 (prot.n.0660/2017/UE/GAPP dell'24/07/2017);
- **per il lotto n. 4** le offerte tecniche presentate da **Atesmedica com s.r.l, Fiab s.p.a. e da Carefusion Italy 311 s.r.l.** non raggiungendo il punteggio minimo previsto **vengo escluse dalle successive fasi di gara.** La busta sigillata contenente l'offerta economica è già stata restituita contestualmente alla comunicazione di esclusione dalla gara per il lotto n.4 (prot.n.0661/2017/UE/GAPP E prot.n.0660/2017/UE/GAPP dell'24/07/2017);

Dopo la lettura dei punteggi assegnati alle proposte tecniche, la Dr.ssa Stacchini precisa ai rappresentanti che possono vedere il verbale di gara, il verbale tecnico, chiedere tutti i chiarimenti e visionare tutti i documenti di offerta che ritengono necessari durante la seduta.

Successivamente alla lettura dei punteggi "qualità", si aprono le buste contenenti le offerte economiche. Per ogni lotto, oltre ai prezzi unitari, si dà lettura dei modelli offerti dalle Ditte concorrenti.

Sequenzialmente, per ogni lotto per il quale risultano presentate più offerte valide, si procede subito al calcolo del punteggio "prezzo" e si individua la graduatoria provvisoria delle offerte, anche se si precisa che la documentazione delle offerte economiche verrà ricontrollata, come ricontrollati saranno i conteggi del punteggio "prezzo" e del punteggio "totale".

Per il calcolo del punteggio "prezzo" - come previsto dall'art. 5.2 del CAPITOLATO - viene utilizzata la seguente formula:

BASE X IL CALCOLO DI NORMALIZZAZIONE DEL PUNTEGGIO "PREZZO"

$$VP_i = (P_{MIN} / P_i) * 40$$

- **VP_i** è il Valore Prezzo normalizzato relativo alla i-esima Ditta;
- **P_i** è il Prezzo della i-esima Ditta;
- **P_{MIN}** è il Prezzo dell'Offerta migliore (prezzo più basso).

Per i lotti n. 2 e 3 essendo una sola l'offerta tecnica validamente presentata la Commissione non prosegue nell'attribuzione di un punteggio ma si limita a chiedere all'impresa unica valida offerente, ovvero al rappresentante della stessa presente in seduta, un'offerta migliorativa così come previsto dall'art.24 del Regolamento Amministrativo Contabile dell'ISS.

L'unica offerta validamente pervenuta, quella dell'Ambu S.p.a., ha i seguenti importi:

- per il lotto 2 è pari a € 4.144 per l'ipotesi annuale e pari a € 3.976 per l'ipotesi triennale;
- per il lotto 3 è di € 5.544 per l'ipotesi annuale e € 5.346 per l'ipotesi triennale.

Il resoconto della valutazione è riportato nella seguente tabella.

L O T T O	A Z I E N D A	Punteggio Qualità	Offerta Annuale per ANNI 1	Punteggio Prezzo Annuale per ANNI 1	Punteggio TOTALE Annuale per ANNI 1	Offerta Annuale per ANNI 3	Punteggi o Prezzo Annuale per ANNI 3	Punteggio Totale Annuale per ANNI 3	C L A S S I F I C A
1	AMBU	60	13.000	26	86	11.800	28	88	I
	FIAB	31	8.400	40	71	8.400	40	71	II
	3M	37	18.200	18	55	18.000	19	56	III
4	AMBU	40	882	40	80	792	40	80	I
	3M	53	4.518	8	61	4.500	7	60	II

La Dr.ssa Stacchini, dopo aver anticipato la graduatoria provvisoria per ogni lotto di gara, precisa che - comunque - verranno ricontrollati i punteggi "prezzo", i punteggi totali e la documentazione di offerta economica di tutte le Ditte concorrenti e invita il rappresentante Domenico Giorgi a sollecitare l'impresa Ambu S.r.l. ad inoltrare all'Ufficio Economato, quanto prima, un'offerta migliorativa richiesta per i lotti 2 e 3.

La seduta termina alle ore 12:37.

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN LUOGO E DATA SOPRAINDICATE DA:

INGEGNERIA CLINICA	RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA	COORDINATORE INFERMIERISTICO DELL'U.O.C. CARDIOLOGIA
P.I. LORENZO CANTI	P.I. LUCIANO MARINELLI	FIGURELLA RICCARDI
_____	_____	_____

IL VERBALIZZANTE:

ECONOMO	COLLABORATORE ECONOMATO
DR.SSA ANNALISA STACCHINI	DR.SSA LETIZIA GAMBÌ
_____	_____

San Marino, 23 agosto 2017

(rif. REP. VERBALI N° 88/2017)

VERBALE DI GARA - RIF. GARA N° 17/G/UE/0022 (AGGIUDICAZIONE)

RIF. N° GARA	17/G/UE/0022	CAP.	300 640	C.D.C.	VARI	C.A.	743404
OGGETTO	FORNITURA DI FORNITURA DI ELETTRODI PER ECG						

In data 23 agosto 2017, alle 11:31 c/o l'Economato, si prende atto che le offerte economiche risultano regolari, corretti risultano i punteggi e che l'AMBU S.r.l. - con offerta migliorativa datata 23 agosto 2017 (protocollata dall'Economato con n.738/GAPP il 23 agosto 2017) - ha concesso una miglioria economica sul prezzo già proposto in sede di gara: da € 0,142 a € 0,14 per elettrodo LOTTO 2 in caso di durata triennale dell'appalto e € 0,158 invece di € 0,162 per elettrodo LOTTO 3 in caso di durata triennale dell'appalto.

La seguente tabella evidenzia il raffronto fra offerta iniziale e offerta migliorativa:

OFFERTA ECONOMICA DELL'UNICA DITTA OFFERENTE		
AMBU S.R.L.	OFFERTA DI GARA	OFFERTA MIGLIORATIVA DATATA 23/08/2017 (PROT. UE N.738/GAPP DEL 23/08/2017)
OFFERTA ECONOMICA PER IPOTESI DI APPALTO DI DURATA ANNUALE LOTTO 2	€ 4.144,00	€ 4.144,00
OFFERTA ECONOMICA PER IPOTESI DI APPALTO DI DURATA ANNUALE LOTTO 3	€ 5.544,00	€ 5.544,00
OFFERTA ECONOMICA PER IPOTESI DI APPALTO DI DURATA TRIENNALE LOTTO 2	€ 3.976,00	€ 3.920,00
OFFERTA ECONOMICA PER IPOTESI DI APPALTO DI DURATA TRIENNALE LOTTO 3	€ 5.346,00	€ 5.214,00

In considerazione del fatto che L'Aggiudicataria è azienda leader di settore nel mercato del Nord Italia, anche se non è iscritta nel Registro dei Fornitori tenuto dalla CCIAA, non sussiste l'obbligo di documentazione dei requisiti di cui all'articolo 9 comma 1 del Decreto Delegato 26/2015, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 16 giugno 2016 n. 74.

La Commissione di gara, in ragione del punteggio ottenuto dalle ditte concorrenti per i lotti n° 1 e 4 - ai sensi degli articoli 5, 5.1, 5.2 e 5.3 del Capitolato e dei CRITERI DI AGGIUDICAZIONE precisati nella Lettera d'invito, ove è previsto che - per ogni lotto - l'aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell'offerta che - valutata in base all'esame dei parametri "qualità/prezzo" - sarebbe risultata economicamente più vantaggiosa (che avrà conseguito nella combinazione qualità/prezzo - il punteggio complessivo più alto), preso atto dell'offerta migliorativa fatta pervenire ai sensi dell'art.24 del Regolamento Amministrativo-Contabile dell'ISS dall'unica ditta offerente per i lotti 2 e 3, in ragione della convenienza economica per un'aggiudicazione triennale dell'appalto **propone al Comitato Esecutivo l'assegnazione dell'appalto a favore dell'Ambu S.R.L.** per la durata di anni 3 a decorrere dalla data che sarà indicata nella Lettera di Aggiudicazione **per un importo di:**

- **€ 11.800,00 per il LOTTO N.1**
- **€ 3.920,00 per il LOTTO N.2**
- **€ 5.214,00 per il LOTTO N.3**
- **€ 792,00 per il LOTTO N.4**

Il totale presunto dei lotti è di € 21.726,00 € annuali bel caso di appalto di durata triennale (65.178,00 € triennali) al posto di 23.570,00 € annuali nel caso di appalto di durata annuale.

Segnalano che il valore dell'appalto potrà aumentare o diminuire in base alle reali necessità dei reparti utilizzatori.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Amministrativo Contabile, la registrazione degli impegni – che dovranno essere imputati, a seconda dei centri di costo di competenza, sul **capitolo 300 o 640 "Materiale di consumo attrezzature"** - dovrà essere effettuata dall'Ufficio Contabilità e Bilanci - nel periodo di validità della trattativa - sulla base degli ordini di approvvigionamento che verranno trasmessi periodicamente dall'Ufficio Economato in relazione alle effettive esigenze delle Unità Organizzative richiedenti.

Si trasmette al Comitato Esecutivo per la deliberazione di competenza in ordine all'aggiudicazione, **all'invio alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica**, alla stipula del contratto e conseguente autorizzazione di spesa.

La seduta termina alle ore 11.46 del 23/08/2017.

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN LUOGO E DATA SOPRAINDICATE DA:

INGEGNERIA CLINICA	RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA	COORDINATORE INFERMIERISTICO DELL'U.O.C. CARDIOLOGIA
P.I. LORENZO CANTI	P.I. LUCIANO MARINELLI	FIGURELLA RICCARDI
_____	_____	_____

IL VERBALIZZANTE:

ECONOMO	COLLABORATORE ECONOMATO
DR.SSA ANNALISA STACCHINI	DR.SSA LETIZIA GAMBI
_____	_____